

日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	2~8	6.8	5.9	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.5
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.5
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.5
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	2~8	7.1	6.1	6.5
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	2~8	6.8	5.9	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	2~8	6.8	6.1	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	2~8	6.9	6.1	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	2~8	6.7	6.1	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	2~8	6.7	6.1	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	2~8	6.7	6.1	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	2~8	6.9	5.9	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	2~8	6.8	5.8	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	2~8	6.8	5.9	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	2~8	7.1	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	2~8	6.8	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4
临床药房001医用冷藏箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	2~8	6.7	6	6.4

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	2~8	6.9	5.3	6
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	2~8	6.3	5.5	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	2~8	6.8	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	2~8	6.2	5.5	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	2~8	6.1	5.5	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	2~8	6.1	5.5	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	2~8	6.2	5.6	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	2~8	6.4	5.7	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	2~8	6.2	5.6	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	2~8	6.3	5.6	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	2~8	6.2	5.6	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	2~8	6.2	5.6	5.9

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	2~8	6.3	5.6	6
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	2~8	6.3	5.6	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	2~8	6.3	5.6	6
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	2~8	6.5	5.6	6
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	2~8	7.2	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	2~8	6.3	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	2~8	6.3	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	2~8	6.2	5.5	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.9
临床药房002医用冷藏箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.9

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	2~8	6.4	5.4	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	2~8	7.3	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	2~8	6.5	5.3	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	2~8	6.5	5.4	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	2~8	6.5	5.4	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	2~8	6.5	5.4	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	2~8	6.4	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	2~8	6.4	5.6	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	2~8	6.5	5.5	6.1
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	2~8	6.6	5.4	6
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	2~8	6.2	5.2	5.8
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	2~8	6.5	4.9	5.7
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	2~8	6.9	4.8	5.7
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	2~8	6.6	4.8	5.8
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	2~8	6.6	4.8	5.8
临床药房003医用冷藏箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	2~8	6.6	4.8	5.8

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.9
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.9
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.9
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.9
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	2~8	6.6	5.4	5.9
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	2~8	6.2	5.2	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	2~8	6.1	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	2~8	6.1	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	2~8	6.2	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	2~8	6.1	5.2	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	2~8	6.1	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	2~8	6.1	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	2~8	6.3	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	2~8	6.1	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	2~8	6.1	5.4	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	2~8	6.2	5.3	5.8
临床药房004医用冷藏箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	2~8	6.1	5.2	5.8

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	10~30	26.6	21.6	25.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	10~30	26.5	21.9	25.3
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	10~30	26.6	21.9	25.4
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	10~30	26.6	22.3	25.3
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	10~30	26.6	22.6	25.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	10~30	26.6	21.9	25
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	10~30	26.7	22	25.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	10~30	26.6	22.5	25
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	10~30	26.7	22.4	25
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	10~30	26.6	22.5	25
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	10~30	26.6	21.8	25.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	10~30	27.8	22.3	25.9
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	10~30	27.7	20.4	24.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	10~30	23.5	19.9	22.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	10~30	23.1	19.9	22.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	10~30	23.2	19.7	22.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	10~30	23.2	19.6	22.1

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	10~30	23.4	20.2	22.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	10~30	25.5	19.9	22.5
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	10~30	25.5	21.7	24.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	10~30	25.6	21.2	24.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	10~30	25.6	20.9	24.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	10~30	25.5	20.9	24.3
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	10~30	25.5	20.7	24.3
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	10~30	25.6	21.9	24.3
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	10~30	25.6	21.1	24.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	10~30	25.9	21.4	24.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	10~30	25.6	21.1	24.2
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	10~30	25.6	21.6	24.1
临床药房房间温度(005)	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	10~30	25.5	21.4	24.3

打印者签名:



复核者签名:



日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	0~20	13.5	12.7	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	0~20	15.1	12.7	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	0~20	13.6	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	0~20	13.4	12.7	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	0~20	13.4	12.9	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	0~20	13.4	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	0~20	15.5	12.8	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	0~20	13.4	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	0~20	13.4	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	0~20	13.4	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	0~20	13.6	12.8	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	0~20	15.2	12.9	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	0~20	13.5	12.9	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	0~20	13.5	12.9	13.3

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	0~20	14.7	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	0~20	13.4	12.9	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	0~20	13.5	12.9	13.2
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	0~20	13.5	12.9	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	0~20	13.4	12.9	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	0~20	14.9	12.9	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	0~20	13.9	12.9	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	0~20	13.6	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	0~20	14.7	13	13.3
临床药房006医用 恒温箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	0~20	13.5	13	13.3

打印者签名:

复核者签名: 孙洁

日统计

统计时间: 开始时间:2023-09-01 截止时间:2023-09-30

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-01	温度(℃)	15~25	20.3	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-02	温度(℃)	15~25	20.3	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-03	温度(℃)	15~25	20.2	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-04	温度(℃)	15~25	20.3	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-05	温度(℃)	15~25	20.3	19.4	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-06	温度(℃)	15~25	20.3	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-07	温度(℃)	15~25	20.3	19.5	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-08	温度(℃)	15~25	20.3	19.4	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-09	温度(℃)	15~25	20.3	19.4	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-10	温度(℃)	15~25	20.9	19.4	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-11	温度(℃)	15~25	20.3	19.3	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-12	温度(℃)	15~25	20.3	19.4	19.9
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-13	温度(℃)	15~25	20.6	19.4	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-14	温度(℃)	15~25	20.6	19.7	20.1
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-15	温度(℃)	15~25	20.7	19.7	20.2
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-16	温度(℃)	15~25	20.6	19.7	20.2
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-17	温度(℃)	15~25	20.6	19.7	20.1

对象名称	监控点名称	分析日期	采集类型	报警上下限	最大值	最小值	平均值
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-18	温度(℃)	15~25	20.6	19.7	20.2
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-19	温度(℃)	15~25	20.6	19.5	20.1
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-20	温度(℃)	15~25	20.4	19.6	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-21	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-22	温度(℃)	15~25	20.4	19.4	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-23	温度(℃)	15~25	20.8	19.5	20.1
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-24	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-25	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-26	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-27	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-28	温度(℃)	15~25	20.4	19.5	20.1
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-29	温度(℃)	15~25	20.5	19.5	20.1
临床药房007医用 恒温箱	监控点1	2023-09-30	温度(℃)	15~25	20.5	19.5	20

打印者签名:

朱超

复核者签名:

孙洁